

Feuerwehr _____

EDV-Nummer _____

Prüfblatt Nr. _____



Prüfblatt - Lungenautomat – Normaldruck

Datum	Kartei Nr. 1)	Fabrikat / Type 1)	Prüfanlass bei Einsatz Örtlichkeit 2)	Reinigung / Desinfektion 3)	Sichtprüfung 4)	Dichtprüfung LA ohne MD bei +7,5 mbar Druckänderung max. ±1 mbar / 60 s 4)	Dichtprüfung LA mit MD bei 0 mbar Druckanstieg auf max. 8 mbar/ 60 s 4)	Öffnungs- druck LA -0,5 bis -3,5 mbar 4)	Bemerkungen Ausgetauschte Teile, Fremdbetreuungen, etc.	Unterschrift

1) gemäß EDV-Ausdruck
 2) E: Einsatz, Ü: Übung, M: Monatliche Kontrolle, JP: Jahresprüfung, GÜ: Grundüberholung
 3) ja oder nein 4) i.O.: in Ordnung / n.i.O.: nicht in Ordnung